

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
RIO BANANAL/ES**

Pedidos de Esclarecimento



Nº 009 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1321/2024

**30/08/2024 14:36 - Solicitante: 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

**Pedido** - LOTE 77 - PRODUTO LICITADO É FOLHA OU PACOTE ? LOTE 111 - Ao analisarmos o descritivo do LOTE 111 - INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores). Sendo assim, perguntamos : Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? - Se sim, qual quantidade ? - Se não, qual marca / modelo utilizado ? Agradecemos o breve retorno

**03/09/2024 08:13**

**Resposta** - Bom dia! Segue resposta dada pelo setor demandante aos questionamentos levantados. O produto referente ao lote 77 refere-se à folha (unidade). Em relação ao indicador biológico do lote 111, o mesmo deve ser compatível com a incubadora Clean Test ( já temos a incubadora). Atualmente utilizamos o indicador biológico clickteste da marca MAXMED.

**30/08/2024 14:37 - Solicitante: 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

**Pedido** - LOTE 77 - PRODUTO LICITADO É FOLHA OU PACOTE ? LOTE 111 - Ao analisarmos o descritivo do LOTE 111 - INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores). Sendo assim, perguntamos : Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? - Se sim, qual quantidade ? - Se não, qual marca / modelo utilizado ? Agradecemos o breve retorno

**03/09/2024 08:13**

**Resposta** - Bom dia! Segue resposta dada pelo setor demandante aos questionamentos levantados. O produto referente ao lote 77 refere-se à folha (unidade). Em relação ao indicador biológico do lote 111, o mesmo deve ser compatível com a incubadora Clean Test ( já temos a incubadora). Atualmente utilizamos o indicador biológico clickteste da marca MAXMED.